

Als Referenzleck, auch zum Einbau in Vorrichtungen, bieten wir  
spezifiziert gefertigte Testlecks an

## Testleck mit rückführbarem NIST Prüfzertifikat

Leckrate	: gemäß Bestellung
kleinste Ausführung	: 1 x 10 EE -8 ml/sec bei 6 bar
größte Ausführung	: 100 ml/min bei 6 bar
Prüfdruck	: gemäß Bestellung
Gasart	: Luft ( oder angegebene Gasart )
Genauigkeit	: +- 10% (bei 21°C)
mechanische Ausführung	: Edelstahlverschraubung ( siehe Skizze )
Anschlussgewinde	: Zertifizierte Lecks 1/8 " außen - innen

